



PROPOSTA DE EQUIPAMENTO

Nº da Proposta		Ano	
11410012000124010		2024	
CNPJ	Beneficiário		Esfera Administrativa
11410012000100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACUJA		
Tipo de Beneficiário			
FUNDO PUBLICO DA ADMINISTRACAO DIRETA MUNICIPAL			
Dirigente		CPF do Dirigente	
PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO		09375118380	
População	Telefone	Município	CEP
6.348	85997200001	PACUJÁ	62.180-000
Endereço	E-mail		
DR. JOAQUIM BASTOS, CENTRO	pacujaprefeitura@gmail.com		

RECURSO DA PROPOSTA

Recurso		
EMENDA PARLAMENTAR		
Objeto		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		
Composição	Número	Valor
EMENDA	41380004	78.455,00

DADOS DA(S) UNIDADE(S) ASSISTIDA(S)

CNPJ	Nome	CNES
07734148000107	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE PACUJA	4624513
Tipo de Unidade		Endereço
UNIDADE DE APOIO DIAGNOSTICO		AVENIDA CORIOLANO ALVES DE BRITO - PANTANAL, CEP:62180000

RELAÇÃO DE ITENS CADASTRADOS

Tipo de Serviço			
Apoio Diagnóstico - Unidade de Apoio Diagnóstico			
Setor			
Apoio ao Diagnóstico e Terapia / Patologia Clínica			
Ambiente			
Área para Classificação e Distribuição de Amostras			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
Impressora Laser (Comum)	1	3.041,00	3.041,00
Especificação Técnica			
Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento;			
Ambiente			
Box de Coleta de Material			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
Cadeira para Coleta de Sangue	2	622,00	1.244,00

Especificação Técnica

- Estrutura em tubos de aço com acabamento em pintura epôxi, contendo apoio de de braços regulável.

Ambiente

Laboratório de Bacteriologia ou Microbiologia

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
Agitador de Kline	1	3.413,00	3.413,00

Especificação Técnica

CONTROLE DE TEMPO | VELOCIDADE: DIGITAL | VARIÁVEL

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
Microscópio Laboratorial	1	12.026,00	12.026,00

Especificação Técnica

Microscópio Laboratorial Biológico Binocular de Contraste de Fase. Tubo de observação com no mínimo 160 mm de comprimento com cabeçote Binocular inclinado a 30° e rotação 360 graus, com ajuste de distância interpupilar e ajuste de dioptria para as duas oculares; Revólver quádruplo reverso; Objetivas Plana cromáticas de Contraste de Fase 10X Ph, 40X Ph Retrátil e 100X Ph e Imersão, tipo O.G; 01 par de oculares de 10X plana de campo amplo com 20 mm de diâmetro, permitindo aumentos configuráveis entre 100X e 1000X (desejável possuir configuração opcional até 1600X com oculares de 16X); Platina dupla, mecânica com charriot graduado com controle para movimentos X e Y e fixação da lâmina; Ajuste coaxial de focalização micrométrica e macrométrica, com Knob Independente, com controle de pressão (torque) exercida no ajuste grosso e trava de segurança para limitar a altura e assim evitar danos da lâmina a objetiva, a distância de ajuste vertical do foco deve ter no mínimo 22 mm, com divisão mínima do ajuste fino de 0,002 mm; Acompanha para polarização, ocular centralizadora, torreta de contraste de fase; Iluminador Koehler elétrico com coletor esférico; Filtros verde e azul; Iluminação: lâmpada de halogênio de no mínimo 6V/20W ou LED de potência equivalente, com ajuste de intensidade de luz; Cabo de força com dupla Isolação; Manual de Instruções e capa para cobrir o microscópio; Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
Agitador de Kline	1	3.413,00	3.413,00

Especificação Técnica

CONTROLE DE TEMPO | VELOCIDADE: DIGITAL | VARIÁVEL

Ambiente

Laboratório de Bioquímica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
Microscópio Laboratorial	1	12.026,00	12.026,00

Especificação Técnica

Microscópio Laboratorial Biológico Binocular de Contraste de Fase. Tubo de observação com no mínimo 160 mm de comprimento com cabeçote Binocular inclinado a 30° e rotação 360 graus, com ajuste de distância interpupilar e ajuste de dioptria para as duas oculares; Revólver quádruplo reverso; Objetivas Plana cromáticas de Contraste de Fase 10X Ph, 40X Ph Retrátil e 100X Ph e Imersão, tipo O.G; 01 par de oculares de 10X plana de campo amplo com 20 mm de diâmetro, permitindo aumentos configuráveis entre 100X e 1000X (desejável possuir configuração opcional até 1600X com oculares de 16X); Platina dupla, mecânica com charriot graduado com controle para movimentos X e Y e fixação da lâmina; Ajuste coaxial de focalização micrométrica e macrométrica, com Knob Independente, com controle de pressão (torque) exercida no ajuste grosso e trava de segurança para limitar a altura e assim evitar danos da lâmina a objetiva, a distância de ajuste vertical do foco deve ter no mínimo 22 mm, com divisão mínima do ajuste fino de 0,002 mm; Acompanha para polarização, ocular centralizadora, torreta de contraste de fase; Iluminador Koehler elétrico com coletor esférico; Filtros verde e azul; Iluminação: lâmpada de halogênio de no mínimo 6V/20W ou LED de potência equivalente, com ajuste de intensidade de luz; Cabo de força com dupla Isolação; Manual de Instruções e capa para cobrir o microscópio; Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.

Ambiente

Laboratório de Urinálise

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros)	1	6.470,00	6.470,00

Especificação Técnica

MODO DE OPERAÇÃO | CAPACIDADE: DIGITAL | ATÉ 25 LITROS

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
Banho-Maria	1	2.428,00	2.428,00

Especificação Técnica
 Capacidade que atenda de 90 a 105 tubos. Temperatura regulável por microprocessador digital. Cuba interna em aço inox sem emendas ou soldas. Capacidade entre 6,6 litros a 10 litros. Tampa em aço inox ou em plástico. Estrutura externa em aço inox ou aço ferro pintado. Aquecimento através de resistência blindada tipo tubular. Estante única para tubos de ensaio. Controlador de temperatura com display. Faixa de trabalho, no mínimo, entre -10° C e 120° C, com precisão igual ou melhor que ± 1,5° C.

Ambiente
 Laboratório de Virologia

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros)	1	6.470,00	6.470,00

Especificação Técnica
 MODO DE OPERAÇÃO | CAPACIDADE: DIGITAL | ATÉ 25 LITROS

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
Geladeira/ Refrigerador	1	2.319,00	2.319,00

Especificação Técnica
 CAPACIDADE: DE 260 A 299 L

Ambiente
 Sala para Coleta de Material

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
Cadeira para Coleta de Sangue	2	622,00	1.244,00

Especificação Técnica
 - Estrutura em tubos de aço com acabamento em pintura epôxi, contendo apoio de de braços regulável.

Setor
 Apoio ao Diagnóstico e Terapia / Imagenologia - Radiologia

Ambiente
 Sala de Exames Telecomandados

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
Ar Condicionado	1	1.972,00	1.972,00

Especificação Técnica
 TIPO | CAPACIDADE | CICLO: SPLIT | 9000 A 12000 BTUs | QUENTE E FRIO

Ambiente
 Sala de Interpretação e Laudos

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
Ar Condicionado	1	1.972,00	1.972,00

Especificação Técnica
 TIPO | CAPACIDADE | CICLO: SPLIT | 9000 A 12000 BTUs | QUENTE E FRIO

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
Computador (Desktop-Avançado)	2	7.114,00	14.228,00

Especificação Técnica
 Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador que possua no mínimo 6 Núcleos, 12 threads e frequência de 3.4 GHz; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 3.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo dedicado DIRECTX 12, OPENGL 4.5, interface mínima PCIE 3.0, com no mínimo de 6GB de memória GDDR6, barramento de memoria mínimo de 196 bits. Possuir suporte ao Microsoft DIRECTX 12 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos uma digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Deve possuir duas unidades de

armazenamento, sendo 01 (um) disco rígido de 1 TB, com velocidade de 7200 RPM, interface SATA 3. Um (01) disco SSD de 240 GB, NVMe interface M.2. Memória RAM de 16 GB ou superior, ddr4, 2133 MHz (2X8GB). Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED tamanho mínimo de 23 polegadas (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de video HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178°. Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento.

Setor

Apoio ao Diagnóstico e Terapia / Imagenologia - Ultrassonografia

Ambiente

Sala de Exames e Terapias de Ultrassonog. (Geral)

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
Mesa de Exames	1	3.465,00	3.465,00

Especificação Técnica

ESTRUTURA | MATERIAL DE CONFECÇÃO: COM ARMÁRIO | MADEIRA OU MDF

Setor

Apoio ao Diagnóstico e Terapia / Imagenologia - Ressonância Magnética

Ambiente

Área de Comando

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
No-Break (Para Computador/Impressora)	3	908,00	2.724,00

Especificação Técnica

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.

TOTAL UNIDADE ASSISTIDA	QTD.	VALOR
	21	78.455,00
TOTAL GERAL	QTD.	VALOR
	21	78.455,00

DADOS DO CADASTRADOR

CPF	Nome
06819134363	RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
E-mail	Telefone
pacujaprefeitura@gmail.com	8836372052