



PROPOSTA DE EQUIPAMENTO

Nº da Proposta		Ano			
11410012000124011		2024			
CNPJ		Beneficiário		Esfera Administrativa	
11410012000100		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACUJA		03	
Tipo de Beneficiário					
FUNDO PUBLICO DA ADMINISTRACAO DIRETA MUNICIPAL					
Dirigente				CPF do Dirigente	
PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO				09375118380	
População		Telefone		Município	
6.348		85997200001		PACUJÁ	
Endereço				E-mail	
DR. JOAQUIM BASTOS, CENTRO				pacujaprefeitura@gmail.com	

RECURSO DA PROPOSTA

Recurso		
EMENDA PARLAMENTAR		
Objeto		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		
Composição	Número	Valor
EMENDA	41380004	47.453,00

DADOS DA(S) UNIDADE(S) ASSISTIDA(S)

CNPJ	Nome	CNES
07734148000107	CENTRO DE FISIOTERAPIA MARIA SOCORRO F ALVES	3295915
Tipo de Unidade	Endereço	
UNIDADE DE REABILITACAO	AV CORIOLANDO ALVES DE BRITO - BARRO BRANCO, CEP:62180000	

RELAÇÃO DE ITENS CADASTRADOS

Tipo de Serviço			
Reabilitação - CER			
Setor			
Atendimento Ambulatorial / Ações Básicas de Saúde			
Ambiente			
Sala de Atendimento Individualizado (Laboratório de Prótese Ocular)			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
Armário Vitrine	1	2.126,00	2.126,00
Especificação Técnica			
NÚMERO DE PORTAS MATERIAL DE CONFECÇÃO LATERAIS DE VIDRO: 02 PORTAS AÇO OU FERRO PINTADO POSSUI			
Setor			
Atendimento Ambulatorial / Enfermagem			
Ambiente			
Sala de Preparo de Paciente (Consulta de Enfermagem, Biometria, Triagem)			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
Escada com 2 degraus	1	364,00	364,00
Especificação Técnica MATERIAL DE CONFECCÃO: AÇO INOXIDÁVEL			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
Cadeira	2	312,00	624,00
Especificação Técnica MATERIAL DE CONFECCÃO BRAÇOS REGULAGEM DE ALT RODÍZIOS ASSENTO E ENCOSTO: AÇO OU FERRO PINTADO NÃO POSSUI NÃO POSSUI NÃO POSSUI ESTOFADO			

Setor

Atendimento Ambulatorial / Consultórios

Ambiente

Consultório Indiferenciado (Interdisciplinar para Triagem e Avaliação Clínico-Funcional)

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
Balde a Pedal	1	373,00	373,00
Especificação Técnica MATERIAL DE CONFECCÃO CAPACIDADE: AÇO INOX DE 30L ATÉ 49L			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
Bicicleta Ergométrica Vertical	1	1.994,00	1.994,00
Especificação Técnica Funções mínimas no Painel: Display com informações de RPM, tempo, velocidade, distância, pulso e calorias. Programas: mínimo de 8 programas pré-definidos, com regulagem de esforço . Sensor cardíaco: Hand Grip. Equipamento Eletromagnético. Assento com ajuste de altura, pedais com cinta para os pés. Guidão ergonômico e emborrachado. Peso do usuário de no mínimo 120 kg. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.			

Ambiente

Consultório Indiferenciado (Sala de Atendimento Terapêutico de Grupo Infantil)

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
Aparelho de Corrente Interferencial	1	2.237,00	2.237,00
Especificação Técnica MODO DE OPERAÇÃO: BIPOLAR COM 2 CANAIS			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
Aparelho de Corrente Interferencial	1	2.237,00	2.237,00
Especificação Técnica MODO DE OPERAÇÃO: BIPOLAR COM 2 CANAIS			

Ambiente

Consultório Indiferenciado (Sala de Atendimento Terapêutico de Grupo Adulto)

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
Aparelho de Luz Infravermelho	1	458,00	458,00
Especificação Técnica TIPO SUPORTE COM RODÍZIOS ILUMINAÇÃO: PORTÁTIL POSSUI 150 W			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
Cadeira	2	312,00	624,00
Especificação Técnica MATERIAL DE CONFECCÃO BRAÇOS REGULAGEM DE ALT RODÍZIOS ASSENTO E ENCOSTO: AÇO OU FERRO PINTADO NÃO POSSUI NÃO POSSUI NÃO POSSUI ESTOFADO			

Ambiente

Consultório Indiferenciado (Sala de Atendimento Terapêutico Infantil)

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
Barras Paralelas para Fisioterapia	1	1.927,00	1.927,00

Especificação Técnica

COMPRIMENTO | MATERIAL DE CONFECCÃO | PISO: 2 METROS | AÇO | NÃO POSSUI

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
Rampa para Alongamento	1	163,00	163,00

Especificação Técnica

Rampa com formato de cunha, construída em madeira marfim ou similar com base e piso revestido em material emborrachado antiderrapante. Dimesões aproximadas (AxLxB): 20 x 30 x 40cm.

Ambiente

Consultório Indiferenciado (Sala de Atendimento Terapêutico Adulto)

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
Bicicleta Ergométrica Vertical	1	1.994,00	1.994,00

Especificação Técnica

Funções mínimas no Pannel: Display com informações de RPM, tempo, velocidade, distância, pulso e calorias. Programas: mínimo de 8 programas pré-definidos, com regulagem de esforço . Sensor cardíaco: Hand Grip. Equipamento Eletromagnético. Assento com ajuste de altura, pedais com cinta para os pés. Guidão ergonômico e emborrachado. Peso do usuário de no mínimo 120 kg. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
Aparelho de Corrente Interferencial	1	2.237,00	2.237,00

Especificação Técnica

MODO DE OPERAÇÃO: BIPOLAR COM 2 CANAIS

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
Aparelho de Luz Infravermelho	1	458,00	458,00

Especificação Técnica

TIPO|SUPORTE COM RODÍZIOS|ILUMINAÇÃO: PORTÁTIL|POSSUI|150 W

Ambiente

Consultório Indiferenciado (Sala de Estimulação Precoce)

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
Aparelho de Corrente Interferencial	1	2.237,00	2.237,00

Especificação Técnica

MODO DE OPERAÇÃO: BIPOLAR COM 2 CANAIS

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
Balde a Pedal	1	373,00	373,00

Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECCÃO | CAPACIDADE: AÇO INOX | DE 30L ATÉ 49L

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
Balancim Proprioceptivo	1	384,00	384,00

Especificação Técnica

ESPECULOS: AÇO CARBONO, PLATAFORMA EM MADEIRA ANTIDERRAPANTE

Ambiente

Consultório Indiferenciado (Sala de Atividade de Vida Prática - AVP)

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
Balde a Pedal	1	373,00	373,00

Especificação Técnica
MATERIAL DE CONFECÇÃO | CAPACIDADE: AÇO INOX | DE 30L ATÉ 49L

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
Cadeira de Rodas Adulto	1	1.378,00	1.378,00

Especificação Técnica
MATERIAL DE CONFECÇÃO | APOIO PARA BRAÇOS | APOIO PARA PÉS | ELEVÇÃO DE PERNAS: AÇO OU FERRO PINTADO | ESCAMOTEÁVEL | REMOVIVEL | COM ELEVÇÃO

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
Cama Comum (não hospitalar)	1	778,00	778,00

Especificação Técnica
TIPO | MATERIAL DE CONFECÇÃO | ACESSÓRIOS: SIMPLES|MADEIRA|COLCHÃO

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
Andador	1	254,00	254,00

Especificação Técnica
RODÍZIOS DIANTEIROS: NÃO POSSUI, MATERIAL DE CONFECÇÃO: ALUMÍNIO

Ambiente
Consultório Diferenciado (Neurologista)

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
Biombo	1	1.002,00	1.002,00

Especificação Técnica
MATERIAL DE CONFECÇÃO | TAMANHO | RODÍZIOS: AÇO INOXIDÁVEL | TAMANHO TRIPLO | POSSUI

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
Balança Antropométrica Infantil	1	1.008,00	1.008,00

Especificação Técnica
MODO DE OPERAÇÃO | CAPACIDADE: DIGITAL | ATÉ 16 KG, DIMENSÕES DA CONCHA: MÍNIMO 540 X 290 (MM), TARA: POSSUI

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
Cadeira	1	312,00	312,00

Especificação Técnica
MATERIAL DE CONFECÇÃO|BRAÇOS|REGULAGEM DE ALT|RODÍZIOS|ASSENTO E ENCOSTO: AÇO OU FERRO PINTADO|NÃO POSSUI|NÃO POSSUI|NÃO POSSUI|ESTOFADO

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
Andador	1	254,00	254,00

Especificação Técnica
RODÍZIOS DIANTEIROS: NÃO POSSUI, MATERIAL DE CONFECÇÃO: ALUMÍNIO

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
Balde a Pedal	1	373,00	373,00

Especificação Técnica
MATERIAL DE CONFECÇÃO | CAPACIDADE: AÇO INOX | DE 30L ATÉ 49L

Ambiente
Consultório Diferenciado (Fisiatria, Neurologia ou Ortopedia)

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
No-Break (Para Computador/Impressora)	1	908,00	908,00

Especificação Técnica
 Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
Balança Antropométrica Adulto	1	1.513,00	1.513,00

Especificação Técnica
 MODO DE OPERAÇÃO | CAPACIDADE: MECÂNICA | ATÉ 150 KG, RÉGUA ANTROPOMÉTRICA: ATÉ 2 METROS

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
Escada com 2 degraus	1	364,00	364,00

Especificação Técnica
 MATERIAL DE CONFECCÃO: AÇO INOXIDÁVEL

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
Martelo de Reflexo	1	86,00	86,00

Especificação Técnica
 MATERIAL DE CONFECCÃO: AÇO INOXIDÁVEL

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
Negatoscópio	1	1.480,00	1.480,00

Especificação Técnica
 TIPO: 02 CORPOS

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
Armário	1	1.260,00	1.260,00

Especificação Técnica
 MATERIAL DE CONFECCÃO | DIMENSÕES | PRATELEIRAS | CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA: AÇO | ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM | 03 OU 04 | 20KG

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
Ar Condicionado	1	1.972,00	1.972,00

Especificação Técnica
 TIPO | CAPACIDADE | CICLO: SPLIT | 9000 A 12000 BTUs | QUENTE E FRIO

Ambiente
 Consultório Diferenciado (Oftalmologia)

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
No-Break (Para Computador/Impressora)	1	908,00	908,00

Especificação Técnica
 Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.

Ambiente
 Consultório Indiferenciado (Sala de Mobilidade e Orientação)

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
Barras Paralelas para Fisioterapia	1	1.927,00	1.927,00

Especificação Técnica
COMPRIMENTO | MATERIAL DE CONFECÇÃO | PISO: 2 METROS | AÇO | NÃO POSSUI

Ambiente

Consultório Indiferenciado (Átrio com Bancada de Trabalho)

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
No-Break (Para Computador/Impressora)	1	908,00	908,00

Especificação Técnica
Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.

Setor

Apoio ao Diagnóstico e Terapia / Reabilitação - Fisioterapia

Ambiente

Box de Terapias (Eletroterapia)

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
Cama Elástica Proprioceptiva	2	480,00	960,00

Especificação Técnica
Cama elástica com no mínimo 30 molas e estrutura tubular em aço pintado com tratamento anti-ferruginoso ou material superio. Parte superior em nylon reforçado ou similar com molas para movimento de balanço. Pés com ponteiros de borracha anti-derrapante. Capacidade suportável de no mínimo 120 kg.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
Ultrassom para Fisioterapia	1	1.983,00	1.983,00

Especificação Técnica
FREQUÊNCIA: 1 E 3 MHZ, TELA LCD: POSSUI, MODO DE EMISSÃO | OPERAÇÃO: CONTÍNUO | PULSADO

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
Aparelho de Luz Infravermelho	1	458,00	458,00

Especificação Técnica
TIPO|SUPORTE COM RODÍZIOS|ILUMINAÇÃO: PORTÁTIL|POSSUI|150 W

Ambiente

Salão para Cinesioterapia e Mecanoterapia (Ginásio)

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
Balancim Proprioceptivo	1	384,00	384,00

Especificação Técnica
ESPECULOS: AÇO CARBONO, PLATAFORMA EM MADEIRA ANTIDERRAPANTE

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
Rampa para Alongamento	1	163,00	163,00

Especificação Técnica
Rampa com formato de cunha, construída em madeira marfim ou similar com base e piso revestido em material emborrachado antiderrapante. Dimesões aproximadas (AxLxB): 20 x 30 x 40cm.

Tipo de Serviço

Outras Atividades - CER

Setor

Apoio Administrativo / Serviços Administrativos, Clínicos, de Enfermagem e Técnicos

Ambiente

Sala Administrativa

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
Computador Portátil (Notebook)	1	4.025,00	4.025,00

Especificação Técnica
Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador portátil (notebook) com processador que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 2.4 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2 , memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM DDR4 3000 MHz ou superior, tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, Anti reflexo, suportar resolução FULL HD (1920 x 1080 pixels), retro iluminada por LED, o teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão ABNT2, mouse touchpad com 2 botões integrados, mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll), interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth mínimo 4.0. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits), bateria recarregável do tipo íon de lítio com no mínimo 4 células, fonte externa automática compatível com o item, possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 1 HDMI ou display port e 1 VGA, leitor de cartão, webcam FULL HD (1080 p). Deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
No-Break (Para Computador/Impressora)	1	908,00	908,00

Especificação Técnica
Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.

Setor

Apoio Logístico / Conforto e Higiene

Ambiente

Área de Recepção e Espera para Paciente, Doador e Acompanhante (Sala de Espera/Recepção)

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
Andador	1	254,00	254,00

Especificação Técnica
RODÍZIOS DIANTEIROS: NÃO POSSUI, MATERIAL DE CONFECÇÃO: ALUMÍNIO

Ambiente

Banheiro Individual PCD para Paciente Interno (Sala de Banho) - Feminino

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
Cadeira de Banho/ Higiênica	1	450,00	450,00

Especificação Técnica
MATERIAL DE CONFECÇÃO | CAPACIDADE | COLETOR: AÇO OU FERRO PINTADO | ATÉ 100 KG|SEM COLETOR

TOTAL UNIDADE ASSISTIDA	QTD.	VALOR
	48	47.453,00
TOTAL GERAL	QTD.	VALOR
	48	47.453,00

DADOS DO CADASTRADOR**CPF**

06819134363

Nome

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO

E-mail

pacujaprefeitura@gmail.com

Telefone

8836372052